avoset™

Beknopte handleiding

patiënt PCA toediening

Rev. 3.0 softwareversie

eitan medical avoset™

Inhoudsopgave

PCA-infusie - Basisfuncties

Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen 3
Review infusieparameters tijdens infusie 4
Patiëntbolus toedienen 5

Deze beknopte handleiding biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp.
Raadpleeg de belangrijke gebruiksinformatiegids voor aanvullende informatie en het veilige gebruik van het product.

Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen

Druk REVIEW multifunctionele knop om de infusieparameters te zien

1e parameter (optioneel):
De concentratie van het geneesmiddel

2e parameter:
Het totale te infuseren volume (VTBI)

3e parameter:
De infusiesnelheid tussen bolussen



4e parameter:
Te infuseren volume (VTBI) in één bolus

5e parameter:
De tijd tussen bolussen waarin de gebruiker geen bolus kan starten. Druk op GEREED om de beoordeling van de parameters te voltooien

Terug naar hoofdscherm (REVIEW optie is opnieuw beschikbaar)

Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven.

Review infusieparameters tijdens infusie

Druk INFO multifunctionele knop om de infusieparameters te zien

1e parameter:
Resterende tijd totdat een bolus kan worden toegediend.

*Wanneer er een bolus beschikbaar is, wordt deze parameter niet weergegeven

2e parameter:
Het tot nu toe geïnfuseerde totale volume

3e parameter:
Het resterende te infuseren volume

Parameters bolusgeschiedenis

4e parameter:
De verstreken tijd sinds bolusgeschiedenis voor het laatst werd gewist

5e parameter:
Het aantal aangevraagde bolussen en gegeven bolussen



6e parameter:
Continue snelheid

7e parameter:
Te infuseren volume (VTBI) in één bolus

8e parameter
(optioneel): De geneesmiddelconcentratie druk op GEREED om de review van de parameters te voltooien

Terug naar hoofdscherm (INFO optie is opnieuw beschikbaar)

Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven.
Tip: Lang drukken op VOLGENDE multifunctionele knop, keert terug naar het startscherm.

Patiëntbolus toedienen

Na drukken op BOLUS , wordt een patiëntbolus gestart. De programmeur kan een bevestigingsstap activeren.

Geen bolus bevestiging



1. Druk BOLUS om een bolus te starten

2. Bolustoediening Indicatie

Bevestiging bolus geactiveerd



1. Druk BOLUS om een bolus te starten

2. Het bevestigingsscherm verschijnt. Druk JA om de bolus toe te dienen



3. Bolustoediening Indicatie

Na het toedienen van een bolus geldt een wachttijd tussen bolussen, waardoor de gebruiker geen nieuwe bolus kan aanvragen totdat de wachttijd is afgelopen.
Als u op de toetst drukt BOLUS wordt deze melding geactiveerd

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

eitan medical avoset™

EU REP

MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany

Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel

nl

CE 0123

Avoset 3.0 Nederlandse beknopte handleiding voor patiënten PCA | 15132-048-1241-UM | Rev 01